



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
 ☒ Case postale | 3001 Berne
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 16 mars 2018 /cti/sme

V181_TOKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-01 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2018-1T1 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'échantillon 2018-1T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2018-1T3 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **12** contrôles de qualité expédiés, **12** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant

Anzahl Teilnehmer

| | toxoplasma gondii Ig oder IgG | toxoplasma gondii IgM |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Abbott Toxo, Architect | 7 | 7 |
| 2 Bio Mérieux Toxo | 2 | 2 |
| 3 DiaSorin | 2 | 2 |
| 4 Roche Toxo | 1 | 1 |

Résultats

| | Toxoplasma gondii Ig ou IgG | Toxoplasma gondii IgM |
|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 2018-1T1 | R | R |
| 2018-1T2 | NR | NR |
| 2018-1T3 | R | NR |

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 avril 2018