



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 8 juin 2018 /cti/sme

V182_VZKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-02 VZV Ig ou IgG

L'échantillon 2018-2V1 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2018-2V2 était du matériel VZV IgG négatif.

L'échantillon 2018-2V3 était du matériel VZV IgG positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **12** contrôles de qualité expédiés, **12** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Bio Rad	1
2 BioMérieux VZV IgG	5
3 DiaSorin	5
4 Virion VZV IgG	1

Résultats

	VZV Ig ou IgG
2018-2V1	R
2018-2V2	NR
2018-2V3	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 20 août 2018