



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 28 septembre 2018 /cti/smeV183_BMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-03 anti-HBc IgM

L'échantillon 2018-313 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2018-314 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2018-215 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **17** contrôles de qualité expédiés, **17** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **17** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Architect	8
2 Beckmann Coulter	1
3 Bio Mérieux, Vidas	2
4 DiaSorin	1
5 Roche Cobas Core	3
6 Siemens Centaur	1
7 Abbott Alinity	1

Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2018-313	sérum humain négatif	NR
2018-314	sérum humain négatif	NR
2018-315	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 5 novembre 2018