



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 28 septembre 2018 /cti/sme V183_CKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-03 anti-HCV

L'échantillon 2018-301 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'échantillon 2018-302 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 -, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 ++, NS5 ++.

L'échantillon 2018-303 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 +, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 -, NS5 -.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **65** contrôles de qualité expédiés, **65** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **65** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre participants
1 Abbott anti HCV, ARCHITECT	35
2 Bio Mérieux Anti-HCV Vidas	2
3 Bio Rad HCV plus	3
4 DiaSorin	1
5 Ortho anti-HCV, Vitros	1
6 Roche HCV II	20
7 Siemens Anti-HCV 4.0 Enzygnost	1
8 Siemens Centaur	1
9 Abbott anti HCV Alinity	1

Résultats

	HCV Ig ou IgG	Résultat
2018-301	sérum humain négatif	NR
2018-302	sérum humain positif	R
2018-303	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 5 novembre 2018

