



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 28 septembre 2018 /cti/smeV183\_RUKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-03 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2018-3R1 était du matériel anti-rubéole indéterminé IgG et anti-rubéole IgM positif.

L'échantillon 2018-3R2 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2018-3R3 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **21** contrôles de qualité expédiés, **21** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **21** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

### Code du test et fabricant

### Nombre de participants

	Nombre de participants	
	Rubéole Ig oder IgG	Rubéole IgM
1 Abbott Rubella, Architect	8	6
2 Bio Mériex Rubella	4	4
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Rubella	6	6
5 Siemens Rubella	1	1

### Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2018-3R1	IND	R
2018-3R2	NR	NR
2018-3R3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 5 novembre 2018**