



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 28 septembre 2018 /cti/sme V183\_TKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-03 syphilis

L'échantillon 2018-310 était un sérum d'origine humaine, *treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2018-311 était un sérum d'origine humaine, *treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):  
TpN47 ++, TpN17 ++, TpN17 ++, TmpA ++

L'échantillon 2018-312 était un sérum d'origine humaine, *treponema pallidum* négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **33** contrôles de qualité expédiés, **33** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **33** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

| Code du test et fabricant        | Nombre de participants |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 Abbott Syphilis TP, Architect  | 18                     |
| 2 Axis-Shield Microsyphilis      | 1                      |
| 3 DiaSorin, Liaison              | 2                      |
| 4 Espline TPPA (Fujirebio)       | 1                      |
| 5 Newmarket, Newbio pk TPHA 2000 | 1                      |
| 6 Roche, Cobas                   | 8                      |
| 7 Serodia (Fujirebio) TPPA       | 1                      |
| 8 Siemens Immulite Syphilis      | 1                      |

### Résultats

|          | Syphilis             | Résultat |
|----------|----------------------|----------|
| 2018-310 | sérum humain négatif | NR       |
| 2018-311 | sérum humain positif | R        |
| 2018-312 | sérum humain négatif | NR       |

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 5 novembre 2018**