



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 14 décembre 2018 /cti/sme V184\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-04 anti-HBc IgM

L'échantillon 2018-413 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2018-414 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2018-415 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **17** contrôles de qualité expédiés, **17** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **17** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Architect	8
2 Beckmann Coulter	1
3 Bio Mérieux, Vidas	2
4 DiaSorin	1
5 Roche Cobas Core	3
6 Siemens Centaur	1
7 Abbott Alinity	1

### Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2018-413	sérum humain positif	R
2018-414	sérum humain négatif	NR
2018-415	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 février 2019**