TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS
INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK

Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
Case postale | 3001 Berne
Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 14 décembre 2018 /cti/sme V184_CKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-04 anti-HCV

L'échantillon 2018-401 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 ++, E2 +, NS3 ++++, NS4 ++, NS5 -.

L'échantillon 2018-402 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 +, E2 -, NS3 ++++, NS4 -, NS5 -.

L'échantillon 2018-403 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire
La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **65** contrôles de qualité expédiés, **65** participants **(100 %)** ont renvoyé les résultats. **65** participants **(100 %)** ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant		Nombre participants
1	Abbott anti HCV, ARCHITECT	35
2	Bio Mérieux Anti-HCV Vidas	2
3	Bio Rad HCV plus	2
4	DiaSorin	1
5	Ortho anti-HCV, Vitros	1
6	Roche HCV II	21
7	Siemens Anti-HCV 4.0 Enzygnost	1
8	Siemens Centaur	1
9	Abbott anti HCV Alinity	1

Résultats

	HCV Ig ou IgG	Résultat
2018-401	sérum humain positif	R
2018-402	sérum humain positif	R
2018-403	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 février 2019