



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 14 décembre 2018/cti/sme V184_VKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-04 anti-VIH-1/-2

L'échantillon 2017-407 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'échantillon 2017-408 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
sgp120 +, gp41 ++, p31 +/-, p24 ++, p17 +/-, sgp105 -, gp36. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2017-409 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **87** contrôles de qualité expédiés, **87** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **87** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant

Nombre de participants

1	Abbott HIV Ag/Ab, Architect	37
2	Bio Mérieux HIV Vidas	5
3	BioRad Genie Fast HIV 1/2	1
4	BioRad HIV Ab/Ag Ultra	2
5	Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
6	DiaSorin	1
7	Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
8	Ortho HIV 1/2, Vitros	1
9	Roche HIV Combo	29
10	Siemens Centaur	3
11	Siemens HIV Integral II	2
12	Abbott Alinity	1

Résultats

	VIH-1/-2	Résultats
2018-407	sérum humain négatif	NR
2018-408	sérum humain positif	R
2018-409	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 février 2019

