



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
 ☒ Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 15 mars 2019 /cti/sme

V191\_CKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-01 anti-HCV

L'échantillon 2019-101 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 +++, C2 +++, E2 -, NS3 +++, NS4 +, NS5 +.

L'échantillon 2019-102 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'échantillon 2019-103 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 -, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 +++, NS5 ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **64** contrôles de qualité expédiés, **64** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **64** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre participants
1 Abbott anti HCV, Alinity	1
1 Abbott anti HCV, ARCHITECT	35
2 Bio Méieux Anti-HCV Vidas	1
3 Bio Rad HCV plus	2
4 DiaSorin	1
5 Ortho anti-HCV, Vitros	1
6 Roche HCV II	20
7 Siemens Anti-HCV 4.0 Enzygnost	1
8 Siemens Centaur	2

### Résultats

	HCV Ig ou IgG	Résultat
2019-101	sérum humain positif	R
2019-102	sérum humain négatif	NR
2019-103	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 29 avril 2019**

