



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 7 juin 2019 /cti/sme

V192\_CMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-02 anti-CMV IgG et IgM

L'échantillon 2019-2C1 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.

L'échantillon 2019-2C2 était du matériel anti-CMV IgG positif et anti-CMV IgM négatif.

L'échantillon 2019-2C3 était du matériel anti-CMV IgG positif et anti-CMV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **25** contrôles de qualité expédiés, **25** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **25** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
1 Abbott CMV, ARCHITECT	13	12
2 Bio Mérieux CMV	3	3
3 DiaSorin	3	3
4 Roche CMV	4	4
5 Siemens CMV	2	2

### Résultats

	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
2019-2C1	R	R
2019-2C2	R	NR
2019-2C3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 19 août 2019**