



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
 ☒ Case postale | 3001 Berne
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 7 juin 2019 /cti/sme

V192_CKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-02 anti-HCV

L'échantillon 2019-201 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'échantillon 2019-202 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot Innolia les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 ++, E2 -, NS3 +++, NS4 -, NS5 -.

L'échantillon 2019-203 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **64** contrôles de qualité expédiés, **64** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **63** participants (**98.4 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté un résultat non correct pour 2019-202 (NR au lieu de R) et pour 2019-203 (R au lieu de NR).

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre participants
1 Abbott anti HCV, Alinity	1
1 Abbott anti HCV, ARCHITECT	35
2 Bio Mériex Anti-HCV Vidas	1
3 Bio Rad HCV plus	2
4 DiaSorin	1
5 Ortho anti-HCV, Vitros	1
6 Roche HCV II	20
7 Siemens Anti-HCV 4.0 Enzygnost	1
8 Siemens Centaur	2

Résultats

	HCV Ig ou IgG	Résultat
2019-201	sérum humain négatif	NR
2019-202	sérum humain positif	R
2019-203	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise



Envoi du prochain contrôle de qualité: 19 août 2019