



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 7 juin 2019 /cti/sme

V192\_RUKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-02 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2019-2R1 était du matériel anti-rubéole IgG zone grise et anti-rubéole IgM positif  
L'échantillon 2019-2R2 était du matériel anti-rubéole IgG zone grise et anti-rubéole IgM positif.  
L'échantillon 2019-2R3 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **17** participants (**94.4 %**) ont renvoyé les résultats. **17** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

### Code du test et fabricant

### Nombre de participants

	Rubéole Ig oder IgG	Rubéole IgM
1 Abbott Rubella, Architect	7	5
2 Bio Mérieux Rubella	3	3
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Rubella	5	5

### Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2019-2R1	GZ	R
2019-2R2	GZ	R
2019-2R3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise autour cutoff

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 19 août 2019**