



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 7 juin 2019 /cti/sme

V192\_TOKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-02 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2019-2T1 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2019-2T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'échantillon 2019-2T3 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **12** contrôles de qualité expédiés, **12** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

**Code du test et fabricant**

**Anzahl Teilnehmer**

	<b>toxoplasma gondii Ig oder IgG</b>	<b>toxoplasma gondii IgM</b>
1 Abbott Toxo, Architect	6	6
2 Bio Mériex Toxo	2	2
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Toxo	1	1

### Résultats

	<b>Toxoplasma gondii Ig ou IgG</b>	<b>Toxoplasma gondii IgM</b>
2019-2T1	R	NR
2019-2T2	R	R
2019-2T3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 19 août 2019**