



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 27 septembre 2019 /cti/smeV193_RUKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-03 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2019-3R1 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2019-3R2 était du matériel anti-rubéole IgG zone grise et anti-rubéole IgM positif.

L'échantillon 2019-3R3 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant

Nombre de participants

	Rubéole Ig oder IgG	Rubéole IgM
1 Abbott Rubella, Architect	8	6
2 Bio Mériex Rubella	3	3
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Rubella	5	5

Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2019-3R1	R	NR
2019-3R2	IND	R
2019-3R3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = zone grise (cut-off)

Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 novembre 2019