



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 27 septembre 2019 /cti/smeV193_TOKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-03 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2019-3T1 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'échantillon 2019-3T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2019-3T3 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **12** contrôles de qualité expédiés, **12** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Anzahl Teilnehmer	
	toxoplasma gondii Ig oder IgG	toxoplasma gondii IgM
1 Abbott Toxo, Architect	6	6
2 Bio Mérieux Toxo	2	2
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Toxo	2	2

Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2019-3T1	R	R
2019-3T2	NR	NR
2019-3T3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 novembre 2019