TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS
INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK

Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
Case postale | 3001 Berne
Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 27 septembre 2019 /cti/sme V193_TKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-03 syphilis

L'échantillon 2019-310 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 +, TpN17 ++, TpN15 +, TmpA +.

L'échantillon 2019-311 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2019-312 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 ++, TpN17 ++, TpN15 ++, TmpA ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire
La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **33** contrôles de qualité expédiés, **33** participants **(100 %)** ont renvoyé les résultats. **33** participants **(100 %)** ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant		Nombre de participants
1	Abbott Syphilis TP, Architect	18
2	Axis-Shield Microsyphilis	1
3	DiaSorin, Liaison	2
4	Espline TPPA (Fujirebio)	1
5	Newmarket, Newbio pk TPHA 2000	1
6	Roche, Cobas	8
7	Serodia (Fujirebio) TPPA	1
8	Siemens Immulite Syphilis	0
9	Siemens Atellica	1

Résultats

	Syphilis	Résultat
2019-310	sérum humain positif	R
2019-311	sérum humain négatif	NR
2019-312	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 novembre 2019