



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 27 septembre 2019 /cti/smeV193\_VZKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-03 VZV Ig ou IgG

L'échantillon 2019-3V1 était du matériel VZV IgG négatif.

L'échantillon 2019-3V2 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2019-3V3 était du matériel VZV IgG positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **11** contrôles de qualité expédiés, **10** participants (**90.9 %**) ont renvoyé les résultats. **10** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 BioMérieux VZV IgG	5
2 DiaSorin	4
3 Euroimmun	1

### Résultats

	VZV Ig ou IgG
2019-3V1	NR
2019-3V2	R
2019-3V3	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 novembre 2019**