



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 13 décembre 2019 /cti/sme V194\_RUKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-04 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2019-4R1 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2019-4R2 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2019-4R3 était du matériel anti-rubéole IgG zone grise/positif et anti-rubéole IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **17** participants (**94.4 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects pour : 2019-4R1 IgG négatif au lieu de positif, 2019-4R2 IgG et IgM positif au lieu de négatif, 2019-4R3 IgM négatif au lieu de positif.

### Code du test et fabricant

### Nombre de participants

	Nombre de participants	
	Rubéole IgG ou IgM	Rubéole IgM
1 Abbott Rubella, Architect	8	6
2 Bio Mérieux Rubella	3	3
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Rubella	5	5

### Résultats

	Rubéole IgG ou IgM	Rubéole IgM
2019-4R1	R	NR
2019-4R2	NR	NR
2019-4R3	IND	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = zone grise (cut-off)

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 3 février 2020**

