



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
 ☒ Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 13 décembre 2019 /cti/sme V194\_TKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-04 syphilis

L'échantillon 2019-410 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.  
 L'échantillon 2019-411 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.  
 L'échantillon 2019-412 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):  
 TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 +++, TmpA +++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **33** contrôles de qualité expédiés, **33** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **33** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis TP, Architect	18
2 Axis-Shield Microsyphilis	1
3 DiaSorin, Liaison	3
4 Espline TPPA (Fujirebio)	1
5 Newmarket, Newbio pk TPHA 2000	1
6 Roche, Cobas	8
7 Serodia (Fujirebio) TPPA	1
8 Siemens Immulite Syphilis	0
9 Siemens Atellica	0

### Résultats

	Syphilis	Résultat
2019-410	sérum humain négatif	NR
2019-411	sérum humain négatif	NR
2019-412	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 3 février 2020**

