



## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-01 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2020-1R1 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2020-1R2 était du matériel anti-rubéole IgG zone grise/positif et anti-rubéole IgM positif.

L'échantillon 2020-1R3 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	Rubéole IgG ou IgG	Rubéole IgM
1 Abbott Rubella, Architect	8	6
2 Bio Mériex Rubella	3	3
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Rubella	5	5

### Résultats

	Rubéole IgG ou IgG	Rubéole IgM
2020-1R1	NR	NR
2020-1R2	GZ	R
2020-1R3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 27 avril 2020**