



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 13 mars 2020 /cti/sme

V201\_TKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-01 syphilis

L'échantillon 2020-110 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):

TpN47 ++, TpN17 ++, TpN15 +, TmpA +.

L'échantillon 2020-111 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2020-112 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):

TpN47 +, TpN17 ++, TpN15 ++, TmpA +/-.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **33** contrôles de qualité expédiés, **33** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **33** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis TP, Architect	18
2 Axis-Shield Microsyphilis	1
3 DiaSorin, Liaison	3
4 Espline TPPA (Fujirebio)	1
5 Newmarket, Newbio pk TPHA 2000	1
6 Roche, Cobas	8
7 Serodia (Fujirebio) TPPA	1

### Résultats

	Syphilis	Résultat
2020-110	sérum humain positif	R
2020-111	sérum humain négatif	NR
2020-112	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 27 avril 2020**

