



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie
 Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne
 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Sylvia Meyer, Administration
 T 031 384 23 08

Berne, 15 mai 2020 cni/sme – Ss20-2F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2020-02

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

| Gr. Sanguin résultat final | Donneur 2020-21 | | | | | Donneur 2020-22 | | | | | Patient 2020-23 | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | AB | A | B | O | NI | AB | A | B | O | NI | AB | A | B | O | NI |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rhésus D | pos | nég | D ^{weak} | D ^{variant} | NI | pos | nég | D ^{weak} | D ^{variant} | NI | pos | nég | D ^{weak} | D ^{variant} | NI |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rh-Phénotype | C | c | E | e | ND | C | c | E | e | ND | C | c | E | e | ND |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Si une divergence est présente dans la détermination du groupe sanguin entre les résultats de la détermination des antigènes et celle des isoagglutinines, le résultat correcte du groupe sanguin est NI. Le résultat « NI » doit être expliqué sous les remarques.

NI = non identifiable
 ND = non déterminé

Recherche anticorps

| Sérum patient 2020-23 | Résultat | | Spécification des anticorps | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | négatif | positif | anti-D | anti- Jk ^b | |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Test de compatibilité

| IAT | 2020-23 Sérum patient | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | négatif | faiblement positif | positif |
| Ec donneur 2020-21 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ec donneur 2020-22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Remarques

na

