



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 5 juin 2020 /cti/sme

V202_CKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-02 anti-HCV

L'échantillon 2020-201 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 ++, C2 ++, E2 -, NS3 +++, NS4 +, NS5 +.

L'échantillon 2020-202 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 +, C2 +, E2 -, NS3 +++, NS4 -, NS5 -.

L'échantillon 2020-203 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **63** contrôles de qualité expédiés, **63** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **63** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre participants
1 Abbott anti HCV, Alinity	1
2 Abbott anti HCV, ARCHITECT	32
3 Bio Mérieux Anti-HCV Vidas	1
4 Bio Rad HCV plus	2
5 DiaSorin	1
6 Ortho anti-HCV, Vitros	1
7 Roche HCV II	23
8 Siemens Atellica	1
9 Siemens Centaur	1

Résultats

	HCV Ig ou IgG	Résultat
2020-201	sérum humain positif	R
2020-202	sérum humain positif	R
2020-203	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise



Envoi du prochain contrôle de qualité: 17 août 2020