



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 5 juin 2020 /cti/sme

V202\_TOKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-02 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2020-2T1 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2020-2T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'échantillon 2020-2T3 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **12** contrôles de qualité expédiés, **12** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

### Code du test et fabricant

### Anzahl Teilnehmer

	toxoplasma gondii Ig oder IgG	toxoplasma gondii IgM
	1 Abbott Toxo, Architect	6
2 Bio Mériex Toxo	2	2
3 DiaSorin	2	2
4 Roche Toxo	2	2

### Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2020-2T1	NR	NR
2020-2T2	R	R
2020-2T3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 17 août 2020**

