



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
🏠 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 5 juin 2020 /cti/sme

V202_TKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-02 syphilis

L'échantillon 2020-210 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.
L'échantillon 2020-211 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 +++, TpN17 ++, TpN15 ++, TmpA ++.
L'échantillon 2020-212 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 +, TpN17 ++, TpN15 +, TmpA +/-.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **34** contrôles de qualité expédiés, **34** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **34** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis TP, Architect	18
2 Axis-Shield Microsyphilis	1
3 DiaSorin, Liaison	3
4 Espline TPPA (Fujirebio)	1
5 Newmarket, Newbio pk TPHA 2000	1
6 Roche, Cobas	9
7 Serodia (Fujirebio) TPPA	1

Résultats

	Syphilis	Résultat
2020-210	sérum humain négatif	NR
2020-211	sérum humain positif	R
2020-212	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 17 août 2020

