



## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-03 anti-CMV IgG et IgM

L'échantillon 2020-3C1 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM négatif.

L'échantillon 2020-3C2 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.

L'échantillon 2020-3C3 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **27** contrôles de qualité expédiés, **27** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **27** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	CMV Ig oder IgG	CMV IgM
1 Abbott CMV, ARCHITECT	13	12
2 Bio Mérieux CMV	4	4
3 DiaSorin	3	3
4 Roche CMV	5	5
5 Siemens CMV	1	1
6 Vircell CMV	1	1

### Résultats

	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
2020-3C1	NR	NR
2020-3C2	R	R
2020-3C3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 2 novembre 2020**