



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 11 décembre 2020 /cti/sme V204_RUKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-04 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2020-4R1 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.
L'échantillon 2020-4R2 était du matériel anti-rubéole IgG en zone grise et anti-rubéole IgM positif.
L'échantillon 2020-4R3 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	Rubéole Ig oder IgG	Rubéole IgM
1 Abbott Rubella, Architect	6	5
2 Bio Mériex Rubella	3	3
3 DiaSorin	2	1
4 Roche Rubella	5	5
5 Abbott ALINITY	2	2

Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2020-4R1	R	NR
2020-4R2	GZ	R
2020-4R3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

Envoi du prochain contrôle de qualité: 1^{er} février 2021