



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 11 décembre 2020 /cti/sme V204_VKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-04 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2020-407 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 -, gp41 ++, p31 -, p24 ++, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2020-408 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'échantillon 2020-409 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 +, gp41 ++, p31 +, p24 ++, p17 +, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **85** contrôles de qualité expédiés, **85** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **85** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott HIV Ag/Ab Alinity	5
2 Abbott HIV Ag/Ab, Architect	32
3 Bio Mérieux HIV Vidas	3
4 BioRad Genie Fast HIV 1/2	1
5 BioRad HIV Ab/Ag Ultra	2
6 Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
7 DiaSorin	0
8 Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
9 Ortho HIV 1/2, Vitros	1
10 Roche HIV Combo	33
11 Siemens Atellica	1
12 Siemens Centaur	2
13 Siemens HIV Integral II	0

Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2020-407	sérum humain positif	R
2020-408	sérum humain négatif	NR
2020-409	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 1^{er} février 2021

