



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 11 décembre 2020 /cti/sme V204_VZKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-04 VZV Ig ou IgG

L'échantillon 2020-4V1 était du matériel VZV IgG négatif.

L'échantillon 2020-4V2 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2020-4V3 était du matériel VZV IgG positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **10** contrôles de qualité expédiés, **10** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **10** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 BioMérieux VZV IgG	4
2 DiaSorin	5
3 Euroimmun	1

Résultats

	VZV Ig ou IgG
2020-4V1	NR
2020-4V2	R
2020-4V3	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 1^{er} février 2021