



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 12 mars 2021 /cti/sme

V211\_CKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-01 anti-HCV

L'échantillon 2021-101 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 +++, C2 +++, E2 -, NS3 +++, NS4 ++, NS5 +.

L'échantillon 2021-102 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV négatif.

L'échantillon 2021-103 était un sérum d'origine humaine, anti-HCV réactif, confirmé positif, présentant en immunoblot InnoLIA les bandes et réactions suivantes : C1 -, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 +++, NS5 ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **61** contrôles de qualité expédiés, **61** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **61** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

| Code du test et fabricant    | Nombre participants |
|------------------------------|---------------------|
| 1 Abbott anti HCV, Alinity   | 5                   |
| 2 Abbott anti HCV, ARCHITECT | 27                  |
| 3 Bio Mérieux Anti-HCV Vidas | 1                   |
| 4 Bio Rad HCV plus           | 2                   |
| 5 Ortho anti-HCV, Vitros     | 1                   |
| 6 Roche HCV II               | 23                  |
| 7 Siemens Atellica           | 1                   |
| 8 Siemens Centaur            | 1                   |

### Résultats

|          | HCV Ig ou IgG        | Résultat |
|----------|----------------------|----------|
| 2021-101 | sérum humain positif | R        |
| 2021-102 | sérum humain négatif | NR       |
| 2021-103 | sérum humain positif | R        |

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 26 avril 2021**

