



Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-01 anti-HEV IgG et IgM

L'échantillon 2021-1E1 était du matériel anti-HEV IgG positif et anti-HEV IgM négatif.

L'échantillon 2021-1E2 était du matériel anti-HEV IgG et anti-HEV IgM positif.

L'échantillon 2021-1E3 était du matériel anti-HEV IgG et anti-HEV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **5** contrôles de qualité expédiés, **5** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **5** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	HEV Ig ou IgG	HEV IgM
1 BioMérieux Vidas HEV	2	2
2 Dia.Pro Diagnostic HEV	1	1
3 Vircell Virclia HEV	1	1
4 Wantai HEV	1	1

Résultats

	HEV Ig ou IgG	HEV IgM
2021-1E1	R	NR
2021-1E2	R	R
2021-1E3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 26 avril 2021