



## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-01 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2021-1R1 était du matériel anti-rubéole IgG en zone grise et anti-rubéole IgM positif.

L'échantillon 2021-1R2 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.

L'échantillon 2021-1R3 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	Rubéole Ig oder IgG	Rubéole IgM
1 Abbott ALINITY	2	2
2 Abbott Rubella, Architect	6	5
3 Bio Mériex Rubella	3	3
4 DiaSorin	2	1
5 Roche Rubella	5	5

### Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	Rubéole IgM
2021-1R1	GZ	R
2021-1R2	R	NR
2021-1R3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 26 avril 2021**