



## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-01 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2021-1T1 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2021-1T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2021-1T3 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **12** contrôles de qualité expédiés, **12** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

### Code du test et fabricant

### Anzahl Teilnehmer

	toxoplasma gondii Ig oder IgG	toxoplasma gondii IgM
	1 Abbott ALINITY	1
2 Architect	6	6
3 Bio Mérieux Toxo	2	2
4 DiaSorin	1	1
5 Roche Toxo	2	2

### Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2021-1T1	R	NR
2021-1T2	NR	NR
2021-1T3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 26 avril 2021**