



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 12 mars 2021 /cti/sme

V211\_VKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-01 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2021-107 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 -, gp41 +/-, p31 ++, p24 ++, p17 +/-, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2021-108 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 -, gp41 +, p31 -, p24 ++, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2021-109 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **84** contrôles de qualité expédiés, **84** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **84** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott HIV Ag/Ab Alinity	5
2 Abbott HIV Ag/Ab, Architect	31
3 Bio Mérieux HIV Vidas	3
4 BioRad HIV Ab/Ag Ultra	2
5 Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
6 Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
7 Ortho HIV 1/2, Vitros	1
8 Roche HIV Combo	33
9 Siemens Atellica	1
10 Siemens Centaur	2

### Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2021-107	sérum humain positif	R
2021-108	sérum humain positif	R
2021-109	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 26 avril 2021**