



Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-01 VZV Ig ou IgG

L'échantillon 2021-1V1 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2021-1V2 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2021-1V3 était du matériel VZV IgG négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **10** contrôles de qualité expédiés, **10** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **10** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 BioMérieux VZV IgG	4
2 DiaSorin	5
3 Euroimmun	1

Résultats

	VZV Ig ou IgG
2021-1V1	R
2021-1V2	R
2021-1V3	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 26 avril 2021