



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 4 juin 2021 /cti/sme

V212\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-02 anti-HBc IgM

L'échantillon 2021-213 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2021-214 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2021-215 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant		Nombre de participants
1	Abbott ALINITY	3
2	Abbott Architect	6
3	Beckmann Coulter	1
4	Bio Mériex, Vidas	2
5	Roche Cobas Core	4
6	Siemens Atellica	1

### Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2021-213	sérum humain positif	R
2021-214	sérum humain négatif	NR
2021-215	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 16 août 2021**