



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 24 septembre 2021 /cti/sme v213_BMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-03 anti-HBc IgM

L'échantillon 2021-313 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2021-314 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2021-315 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott ALINITY	5
2 Abbott Architect	4
3 Beckmann Coulter	1
4 Bio Mériex, Vidas	3
5 Roche Cobas Core	4
6 Siemens Atellica	1

Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2021-313	sérum humain négatif	NR
2021-314	sérum humain positif	R
2021-315	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 1^{er} novembre 2021