



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
🏠 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 24 septembre 2021 /cti/sme v213\_TOKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-03 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2021-3T1 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2021-3T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'échantillon 2021-3T3 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **13** contrôles de qualité expédiés, **13** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **12** participants (**92.3 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects: échantillon 2021-3T2 IgG et IgM négatif au lieu de positif et échantillon 2021-3T3 IgG et IgM positif au lieu de négatif.

### Code du test et fabricant

### Anzahl Teilnehmer

	toxoplasma gondii Ig oder IgG	toxoplasma gondii IgM
	1 Abbott ALINITY	2
2 Architect	5	5
3 Bio Mérieux Toxo	2	2
4 DiaSorin	1	1
5 Roche Toxo	3	3

### Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2021-3T1	R	NR
2021-3T2	R	R
2021-3T3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 1<sup>er</sup> novembre 2021**

