TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS
INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK

Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
Case postale | 3001 Berne
Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 10 décembre 2021 /cti/sme V214_RUKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-04 anti-rubéole IgG et IgM

L'échantillon 2021-4R1 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM positif.
L'échantillon 2021-4R2 était du matériel anti-rubéole IgG positif et anti-rubéole IgM négatif.
L'échantillon 2021-4R3 était du matériel anti-rubéole IgG et anti-rubéole IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire
La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **19** contrôles de qualité expédiés, **19** participants **(100 %)** ont renvoyé les résultats. **19** participants **(100 %)** ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Code du test et fabricant	**Nombre de participants**	
	Rubéole Ig oder IgG	**Rubéole IgM**
1 Abbott ALINITY	3	3
2 Abbott Rubella, Architect	5	4
3 Bio Mérieux Rubella	2	2
4 DiaSorin	2	1
5 Roche Rubella	7	7

Résultats

	Rubéole Ig ou IgG	**Rubéole IgM**
2021-4R1	R	R
2021-4R2	R	NR
2021-4R3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise (cut-off)

Envoi du prochain contrôle de qualité: 31 janvier 2022