



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 10 décembre 2021 /cti/sme V214_TKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-04 syphilis

L'échantillon 2021-410 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2021-411 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'échantillon 2021-412 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **35** contrôles de qualité expédiés, **35** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **35** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott ALINITY	3
2 Abbott Syphilis TP, Architect	16
3 Axis-Shield Microsyphilis	1
4 DiaSorin, Liaison	3
5 Newmarket, Newbio pk TPHA 2000	1
6 Roche, Cobas	11

Résultats

	Syphilis	Résultat
2021-410	sérum humain négatif	NR
2021-411	sérum humain positif	R
2021-412	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 31 janvier 2022

