



## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2022-01 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2022-1T1 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2022-1T2 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'échantillon 2022-1T3 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **13** contrôles de qualité expédiés, **13** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **13** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Toxoplasmose Ig ou IgG		Toxoplasmose IgM	
Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Toxo IgG, Alinity	2	1 Abbott Toxo IgM, Alinity	2
2 Abbott Toxo IgG, Architect	5	2 Abbott Toxo IgM, Architect	5
3 Bio Mérieux Toxo IgG, Vidas	2	3 Bio Mérieux Toxo IgM, Vidas	2
4 DiaSorin Toxo IgG, Liaison	1	4 DiaSorin Toxo IgM, Liaison	1
5 Roche Toxo IgG, Cobas	3	5 Roche Toxo IgM, Cobas	3

### Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2022-1T1	NR	NR
2022-1T2	R	R
2022-1T3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 25 avril 2022**