



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 11 mars 2022 /cti/sme

V221_TKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2022-01 syphilis

L'échantillon 2022-110 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 +, TpN17 ++, TpN15 +, TpmA +/-.

L'échantillon 2022-111 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* négatif.

L'échantillon 2022-112 était un sérum d'origine humaine, *Treponema pallidum* réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA Syphilis Score):
TpN47 ++, TpN17 +++, TpN15 ++, TpmA ++.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **34** contrôles de qualité expédiés, **34** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **34** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Treponema pallidum Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Syphilis, Alinity	3
2 Abbott Syphilis, Architect	16
3 Axis-Shield TPHA, Tecan	1
4 DiaSorin Trep/Siemens Trep, Liaison	2
5 Newbio PK, PK7300	1
6 Roche Syphilis, Cobas	11

Résultats

	Syphilis (Lues)	Résultat
2022-110	sérum humain positif	R
2022-111	sérum humain négatif	NR
2022-112	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 25 avril 2022

