



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
🏠 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 11 mars 2022 /cti/sme

V221_VKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2022-01 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2022-107 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
sgp120 -, gp41 ++, p31 -, p24 ++, p17 +/-, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2022-108 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
sgp120 ++, gp41 ++, p31 -, p24 +/-, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2022-109 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **83** contrôles de qualité expédiés, **83** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **83** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

VIH-1/2 + Ag VIH p24

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HIV, Alinity	7
2 Abbott HIV, Architect	26
3 Abbott HIV, Schnelltest; Early Detect	4
4 Bio Mérieux HIV, Vidas	3
5 Bio Rad HIV, UniCel	1
6 DiaSorin HIV, Liaison	2
7 Fujirebio Inno-Lia HIV	1
8 Ortho HIV, Vitros	1
9 Roche HIV, Cobas	35
10 Siemens HIV, Atellica; Centaur	3

Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2022-107	sérum humain positif	R
2022-108	sérum humain positif	R
2022-109	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 25 avril 2022

