



Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2022-01 VZV Ig ou IgG

L'échantillon 2022-1V1 était du matériel VZV IgG négatif.

L'échantillon 2022-1V2 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2022-1V3 était du matériel VZV IgG positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **11** contrôles de qualité expédiés, **11** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **11** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Varicelles Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 BioMérieux VZV IgG, Vidas	4
2 DiaSorin VZV IgG, Liaison	6
3 Euroimmun VZV IgG, Euroimmun Analyzer	1

Résultats

	VZV Ig ou IgG
2022-1V1	NR
2022-1V2	R
2022-1V3	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 25 avril 2022