TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS
INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK

Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
Case postale | 3001 Berne
Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 23 septembre 2022 /cti/sme V223_HEKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2022-03 anti-VHE IgG et IgM

L'échantillon 2022-3E1 était du matériel anti-VHE IgG et anti-VHE IgM négatif.
L'échantillon 2022-3E2 était du matériel anti-VHE IgG et anti-VHE IgM positif.
L'échantillon 2022-3E3 était du matériel anti-VHE IgG et anti-VHE IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire
La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **6** contrôles de qualité expédiés, **6** participants **(100 %)** ont renvoyé les résultats. **6** participants **(100 %)** ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

VHE IgG			**VHE IgM**		
	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants		Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1	Bio Mérieux HEV IgG, Vidas	2	1	Bio Mérieux HEV IgM, Vidas	2
2	Dia Pro HEV IgG	1	2	Dia Pro HEV IgM	1
3	Vircell HEV IgG, Virclia	1	3	Vircell HEV IgM, Virclia	1
4	Wantai HEV IgG, Euroimmun Analyzer	1	4	Wantai HEV IgM, Euroimmun Analyzer	1
5	DiaSorin HEV IgG, Liaison	1	5	DiaSorin HEV IgM, Liaison	1

Résultats

	VHE Ig ou IgG	VHE IgM
2022-3E1	NR	NR
2022-3E2	R	R
2022-3E3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 31 octobre 2022