



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 9 décembre 2022 /cti/sme V224_VZKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2022-04 VZV Ig ou IgG

L'échantillon 2022-4V1 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2022-4V2 était du matériel VZV IgG positif.

L'échantillon 2022-4V3 était du matériel VZV IgG négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **10** contrôles de qualité expédiés, **10** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **10** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Varicelles Ig ou IgG

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 BioMérieux VZV IgG, Vidas	3
2 DiaSorin VZV IgG, Liaison	6
3 Euroimmun VZV IgG, Euroimmun Analyzer	1

Résultats

	VZV Ig ou IgG
2022-4V1	R
2022-4V2	R
2022-4V3	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise