



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Marqueurs infectieux  
✉ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne  
☏ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Dr Caroline Tinguely  
T 031 384 23 12

Berne, 12 mai 2023 cti/tsc – S23-2F

**Feuille clé contrôle de qualité 2023-02 pour les marqueurs infectieux  
VHC, VHB, VIH-1/-2, Syphilis  
VHA, CMV, Rubéole, Toxoplasmose**

	VHC	Résultat
2023-201	sérum humain positif	R
2023-202	sérum humain négatif	NR
2023-203	sérum humain positif	R

	VHB	AgHBs	anti-HBc	anti-HBs	AgHBe	anti-HBe
2023-204	sérum humain négatif	NR	NR	R	NR	NR
2023-205	sérum humain positif	R	R	NR	R	NR
2023-206	sérum humain négatif	NR	R	R	NR	R

	anti-HBc IgM	Résultat
2023-213	sérum humain positif	R
2023-214	sérum humain négatif	NR
2023-215	sérum humain positif	R

	VIH-1/-2	Résultat
2023-207	sérum humain positif	R
2023-208	sérum humain positif	R
2023-209	sérum humain négatif	NR

	Lues (Syphilis)	Résultat
2023-210	sérum humain négatif	NR
2023-211	sérum humain positif	R
2023-212	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé





	VHA IgG	VHA IgM
2023-2A1	R	NR
2023-2A2	NR	NR
2023-2A3	R	R

	CMV IgG	CMV IgM
2023-2C1	R	R
2023-2C2	R	NR
2023-2C3	NR	NR

	Rubéole IgG	Rubéole IgM
2023-2R1	NR	NR
2023-2R2	IND	R
2023-2R3	R	R

	Toxoplasmose IgG	Toxoplasmose IgM
2023-2T1	R	NR
2023-2T2	R	NR
2023-2T3	R	R

