



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
 ☒ Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00

Berne, 2 juin 2023 /cti/sme

V232\_TOKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-02 anti-toxoplasmoses IgG et IgM

L'échantillon 2023-2T1 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2023-2T2 était du matériel Toxo IgG positif et Toxo IgM négatif.

L'échantillon 2023-2T3 était du matériel Toxo IgG et Toxo IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **13** contrôles de qualité expédiés, **13** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **13** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Toxoplasmose Ig ou IgG		Toxoplasmose IgM	
Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants	Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott Toxo IgG, Alinity	2	1 Abbott Toxo IgM, Alinity	2
2 Abbott Toxo IgG, Architect	4	2 Abbott Toxo IgM, Architect	4
3 Bio Mériex Toxo IgG, Vidas	2	3 Bio Mériex Toxo IgM, Vidas	2
4 DiaSorin Toxo IgG, Liaison	2	4 DiaSorin Toxo IgM, Liaison	2
5 Roche Toxo IgG, Cobas	3	5 Roche Toxo IgM, Cobas	3

### Résultats

	Toxoplasma gondii Ig ou IgG	Toxoplasma gondii IgM
2023-2T1	R	NR
2023-2T2	R	NR
2023-2T3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 14 août 2023**

