



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration

✉ Case postale | 3001 Berne

📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne

iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch

T +41 31 384 23 00

Berne, 2 juin 2023 /cti/sme

V232\_VKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2023-02 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2023-207 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):  
sgp120 ++, gp41 ++, p31 ++, p24 +, p17 ++, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2023-208 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):  
sgp120 +, gp41 +, p31 ++, p24 ++, p17 +, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2023-209 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **83** contrôles de qualité expédiés, **82** participants (**98.8 %**) ont renvoyé les résultats. **81** participants (**98.8 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects. Pour l'échantillon 2023-207 NR au lieu de R et pour l'échantillon 2023-209 R au lieu de NR.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### VIH-1/2 + Ag VIH p24

Code de test et informations supplémentaires	Nombre de participants
1 Abbott HIV, Alinity	10
2 Abbott HIV, Architect	21
3 Abbott HIV, Schnelltest; Early Detect	4
4 Bio Mérieux HIV, Vidas	3
5 Bio Rad HIV, UniCel	1
6 DiaSorin HIV, Liaison	1
7 Fujirebio Inno-Lia HIV	1
8 Roche HIV, Cobas	36
9 Siemens HIV, Atellica; Centaur	4
10 Bio Rad Genie Fast HIV 1/2	1

### Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2023-207	sérum humain positif	R
2023-208	sérum humain positif	R
2023-209	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise



**Envoi du prochain contrôle de qualité: 14 août 2023**